MANUAL DO UTILIZADOR

www.praxair-crd.pt

CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS

SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO PNEUMÁTICO **INNOSPIRE**

24 HORAS
800 201 519

PRAXAIR
Making our planet more productive

AEROSSOLTERAPIA

AEROSSOLTERAPIA

Sistema de Nebulização Pneumático **InnoSpire**

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 04

MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 05
- Modo de utilização da câmara nebulizadora
- Como iniciar e terminar o tratamento

NORMAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS 07

RECOMENDAÇÕES GERAIS 08
- Precauções de utilização e de segurança
- Procedimentos em caso de mau funcionamento
- Validade do equipamento
- Doente em viagem

01. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O seu sistema de nebulização pneumático tem a seguinte descrição:



- 01. Tubo de ar comprimido
- 02. Bocal do nebulizador
- 03. Pega do nebulizador
- 04. Suporte do nebulizador
- 05. Interruptor Ligar/Desligar
- 06. Entrada de ar do compressor
- 07. Filtro de ar
- 08. Saida de ar do compressor
- 09. Entrada de ar para filtro

02. MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

MODO DE UTILIZAÇÃO DO NEBULIZADOR

I LIGUE uma das extremidades do tubo de ar comprimido à saida do fluxo de ar no compressor.



I COLOQUE a outra extremidade do tubo de ar comprimido na haste da parte inferior do depósito do fármaco do nebulizador.



I ABRA o nebulizador rodando a metade superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



I COLOQUE o medicamento na metade inferior do nebulizador. Para maior estabilidade ao colocar o medicamento, pode usar o suporte que existe para este efeito no compressor.



02. MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

I FECHE o nebulizador rodando a metade superior no sentido dos ponteiros do relógio.



I ENCAIXE o bocal ou a máscara à parte superior do nebulizador.



COMO INICIAR E TERMINAR O TRATAMENTO

I LIGUE o compressor a tomada eletrica

I ANTES de iniciar a inalação sente-se descontraidamente e com as costas direitas.

I PARA INICIAR o tratamento, coloque o interruptor Ligar/Desligar na posicao “I” para ligar o dispositivo.

I PRENDA o bocal entre os dentes e envolva-o com os lábios ou coloque a máscara sobre a boca e nariz, pressionando ligeiramente.

I INSPIRE o mais lenta e profundamente possível através do bocal ou da máscara e volte a expirar descontraidamente.

I EFECTUE a inalação até o medicamento acabar.

I ALGUMAS gotas de medicamento permanecem no nebulizador após a inalação

I DEPOIS de concluir o tratamento, coloque o interruptor na posicao “O” para desligar o compressor e desligue a ficha da tomada elétrica.

03. NORMAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS

LIMPEZA DO NEBULIZADOR APÓS CADA UTILIZAÇÃO

I APÓS cada utilização retire do nebulizador o tubo de ar comprimido e o bocal ou máscara.



I DESMONTE o nebulizador em três peças. Lave estas peças em água morna com sabão juntamente com o bocal ou máscara.



I DEPOIS passe-as por água limpa, sacuda para eliminar o excesso de água e deixe secar ao ar.

I TORNE a montar, certificando-se de que o regulador de fluxo se encontra na posição correcta

CUIDADOS COM O TUBO DE AR COMPRIMIDO

I APÓS cada utilização mantenha o tubo de ar comprimido ligado ao compressor.

I DEIXE o compressor trabalhar até que o ar que sai pelo tubo tenha eliminado eventuais gotículas de condensação que se tenham formado.

I RETIRE o tubo de ar comprimido do compressor.

DESINFECÇÃO SEMANAL DO NEBULIZADOR

I DESMONTE o seu nebulizador e ferva em água, durante 10 minutos, todas as peças (excepto a tubagem e a máscara facial) com 2–3 gotas de detergente líquido para lavagem da loiça.

I ENXAGUE, seque e torne a montar.

O técnico da Praxair durante as visitas domiciliárias semestrais, encarregar-se-á da manuntenção do equipamento de acordo com indicação do fabricante.

04. RECOMENDAÇÕES GERAIS

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE SEGURANÇA

SIGA RIGOROSAMENTE as instruções do seu médico e do técnico da PRAXAIR no que respeita à utilização e higiene do aparelho e de todos os seus acessórios.

NÃO UTILIZE a unidade para outros fins que não a inalação.

ANTES DE UTILIZAR o aparelho após um período prolongado de inatividade, adopte sempre as medidas de higiene necessárias e certifique-se de que a câmara nebulizadora foi limpa e desinfetada.

COLOQUE a unidade principal numa superfície plana e estável durante o funcionamento.

NÃO SUJEITE a unidade a impactos fortes, nem a deixe cair.

NÃO DOBRE a mangueira de inalação; pois o rendimento da nebulização pode diminuir.

NÃO UTILIZE qualquer peça que não os acessórios ou as peças opcionais fornecidos.



NÃO DESMONTE, repare ou modifique a unidade.

NÃO DEVE colocar o aparelho em funcionamento e deve desligar imediatamente a ficha de alimentação da tomada elétrica se o cabo de ligação apresentar danos ou se, após uma queda ou um incidente similar, existir o risco de danos.

NÃO COLOQUE material pesado sobre o cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.

PARA DESLIGAR a unidade principal da tomada elétrica, não puxe pelo cabo de alimentação, pegue na ficha com a mão.

DESLIGAR a ficha de alimentação da tomada eletrica:
- Em caso de problemas de funcionamento.
- Antes de realizar trabalhos de limpeza.
- Após cada utilização.

I NÃO PERMITA que a unidade seja utilizada por crianças ou pessoas doentes sem vigilância.

I NÃO LIGUE nem retire a ficha de alimentação da tomada elétrica com as mãos molhadas

I NÃO UTILIZE o sistema de nebulização enquanto estiver no banho ou duche, nem o mergulhe em água.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO

Caso detecte algum problema grave de funcionamento, não manipule o equipamento e contacte a PRAXAIR, através do seu número de telefone gratuito e disponível 24 horas por dia, **800 201 519**.

Será contactado pelo técnico da Praxair para identificar a possivel avaria e substituir o equipamento, se necessário.

VALIDADE DO EQUIPAMENTO

A PRAXAIR assegura-lhe a disponibilização de um equipamento em correcto funcionamento, durante todo o período do seu tratamento. O periodo de validade do mesmo é de 1 ano. Decorrido este tempo o equipamento será sujeito a uma revisão geral, de acordo com as instruções do fabricante, nos serviços técnicos especializados da Praxair.

04. RECOMENDAÇÕES GERAIS

DOENTE EM VIAGEM

Em caso de viagem contate a Praxair com antecedência minima de uma semana para informações relativamente ao fornecimento destes serviços.

Se pensar em levar o seu equipamento numa viagem, tenha presente as seguintes recomendações:

Contacte a companhia de transportes para obter informações sobre a possibilidade de utilização e transporte do dispositivo médico durante a viagem.

Leve o equipamento como bagagem de mão, para evitar que sofra danos. Para isso, quando estiver no local de embarque , informe que se trata de um dispositivo médico para tratamento de uma patologia respiratória.

Para passar no controlo de segurança ser-lhe-á pedido que passe o equipamento pelo scanner separado da bolsa de transporte. Ainda que, de uma forma geral,os profissionais de segurança tenham conhecimento deste tipo de tecnologia, se for inquirido a esse respeito, não hesite em apresentar o relatório médico e o documento da PRAXAIR indicando que se trata de um equipamento para tratamento médico.

05. NOTAS

CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS

24 HORAS
800 201 519

PRAXAIR
Making our planet more productive